



181120110060

检 验 报 告

TEST REPORT



报告编号: JB202242XX
Report No.

产品名称: 标准筛
Name of Product

型号规格: 孔径 0.125mm
Type Specification

委托单位: 涿州天鹏仪器制造有限公司
Client

生产单位: 涿州天鹏仪器制造有限公司
Manufacturer

检验类别: 委托检验
Test Category

绍兴市上虞区质检计量测试所



声 明

- 1、本机构保证检测的公正性、独立性和诚实性，对检测的数据负责、对委托方所提供的检测样品保密和保护所有权。
- 2、本报告无编制、审核、批准人签字，或涂改，或未盖本机构红色检验专用印章无效。
- 3、委托方若对本报告有异议，应及时向本机构提出。政府行政管理部门下达的指令性任务，被检方对抽检结果有异议时，可以自收到监督抽查结果告知之日起十五日内向组织检定抽查的市场管理部门提出书面异议申请。
- 4、一般情况下，委托类检测结果仅对所检样品有效。
- 5、本报告各页均为报告不可分割之部分，使用者单独抽出某些页导致误解或用于其它用途及由此造成的后果，本机构不负相应的法律责任。

总部地址：浙江省绍兴市上虞区通江西路88号

（国家风机产品质量检验检测中心地址）

（浙江省照明电器质量检验中心地址）

浙江省伞件产品质量检验中心地址：浙江省绍兴市上虞区崧厦镇工业园区



绍兴市上虞区质检计量测试所

检 验 报 告

报告编号: JB202242XX

(Report No.)

共 2 页 第 1 页


产品名称 Product		标准筛	商标 Trade Mark	/
型号规格 Model		孔径 0.125mm	样品等级 Grade	合格品
生产日期 Date of Manufacture		/	批号或编号 Serial No.	/
委托单位 Client	名称 Name	涿州天鹏仪器制造有限公司	受检单位 Sample(s) From	/
	地址 Address	涿州市开发区和谷科技产业园	生产单位 Manufacturer	涿州天鹏仪器制造有限公司
抽样日期 Sampling Date		/	到样日期 Receiving Date of	2022-07-20
抽样者 Sampling Organization		/	样品数量 Number of Sample(s)	1只
送样者 Sample(s) Deliverer		阮张兴	抽样基数 Number of Samples	/
检验类别 Test Category		委托检验	抽样地点 Sampling Location	/
检验依据 Test Requirement		GB/T 6003.1-2012《试验筛 技术要求和检验 第1部分: 金属丝编织网试验筛》		
所用主要仪器设备 Test Requirement		投影仪(ZM102)		
检验项目 Test Item(s)		详见第二页		
样品状态描述 Description and Condition of Sample(s)		完好有效		
检验日期 Test Date		2022-07-29	检验地点 Test place	本所
检验结论 Test Conclusion		<p>根据 GB/T 6003.1-2012《试验筛 技术要求和检验 第1部分: 金属丝编织网试验筛》标准要求, 对所送样品的1个项目进行了检测, 应委托方提供详细检测数据。</p> <p style="text-align: right;">  签发日期: 2022-08-03 </p>		
备注 Remark		/		

质检计量
专用章

批准:
Approved by



审核:
Verified by



编制:
Compiled by



检验结果

报告编号: JB202242XX

(Report No.)

共 2 页 第 2 页

序号	检验项目	单位	技术要求	实测结果	单项判定
1	平均网孔尺寸	mm	/	0.125	/

以下空白

