

PRESSE D'ESSAI DE COMPRESSION HYE-2000K/3000K

NORME : EN 12390-4, ASTM C39

Cet équipement sert à déterminer la résistance à la compression des matériaux de construction tels que les briques, la pierre et le béton.

Il utilise une source d'énergie hydraulique, une commande servo-électrohydraulique ainsi que l'acquisition et le traitement informatiques des données pour calculer la résistance à la compression et générer un rapport. Il comprend quatre parties : le bâti d'essai, la centrale hydraulique, le système de mesure et de commande et les accessoires d'essai. Il affiche dynamiquement la charge, le temps et la courbe d'essai, assure le pilotage en temps réel et le maintien de la force maximale. Cet équipement est indispensable aux entreprises de construction, aux laboratoires de matériaux ainsi qu'aux organismes chargés des routes et des ouvrages d'art.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Force d'essai maximale	2000kN	3000kN
Classe de précision	0.5	0.5
Diamètre/course du piston	Ø290mm*150mm	Ø250mm*100mm
Espace de compression	320mm	340mm
Dimensions des plateaux	Ø300mm	Ø300mm
Distance entre colonnes	420mm	420mm
Alimentation électrique	AC380V±10V/50Hz	AC380V±10V/50Hz
Puissance du moteur	2.2kW	2.3kW
Dimensions de l'armoire de commande	1100x630x970mm	1100x630x970mm
Poids de l'armoire de commande	200kg	200kg
Dimensions du bâti	560x450x1450mm	650x470x1420mm
Poids du bâti	1300kg	1750kg



SINCE 2006

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel: +86-312-3852880