

TIEMPO DE FRAGUADO

APARATO DIGITAL DE PENETRACIÓN DE CONCRETO ZC-1A

Este aparato se utiliza para determinar el tiempo de fraguado del concreto mediante mediciones de resistencia a la penetración en mortero.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Agujas de penetración	100 mm ² , 50 mm ² , 20 mm ²
Fuerza máxima de penetración	1000 N, resolución: 1 N
Tensión	CA 220 V



ENSAYO DE EXUDACIÓN

MEDIDOR DE EXUDACIÓN A PRESIÓN PARA MEZCLA DE CONCRETO MPWT-01

Se utiliza para realizar ensayos de exudación a presión en mezclas de concreto. El tamaño de las partículas del concreto no debe superar 40 mm.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Rango del manómetro	6 MPa
División de escala	No superior a 0,1 MPa
Diámetro interior del cilindro	125 ± 0,2 mm
Altura del cilindro	200 ± 0,2 mm
Presión del pistón de trabajo	3,2 MPa
Diámetro del pistón	125 mm
Abertura de malla del tamiz	0,315 mm
Peso neto	20 kg