

ESTÁNDAR: AASHTO T209, AASHTO T283

Este instrumento es adecuado para determinar la densidad relativa máxima teórica de compacta-Mezclas bituminosas para pavimentos compactadas o no compactadas por el método de vacío. Se utiliza para mezclas asfálticas. Diseño de relación de estructura, investigación de carreteras o gestión de calidad de la construcción de carreteras para calcular el vacío de aire. y grado de compactación. No apto para mezclas asfálticas con áridos porosos con agua. absorción mayor que 3%.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Materiales	Base y marco unibody de aluminio
Fuente de alimentación	220V±10% 50Hz
Potencia de entrada del motor de vibración	50W
Rango de presión negativa del manómetro digital de mano	0-100kPa
Requisito de prueba	3.7 Kpa(±0.3)
bomba de vacío	Tasa de bombeo: 1L/S; Vacío máximo: 10Pa; Fuente de alimentación: 220V/50Hz; Volumen de reabastecimiento de combustible: 250 ml; Potencia del motor: 120W
Volumen del contenedor	Contenedor de presión negativa Clase A de 18L Dimensiones interiores: diámetro 280 mm, altura 200 mm
Modo de vibración	Vibración continua
Dimensiones	440×440×520mm
Peso	Alrededor de 30 kg