

ASPIRADORA DE GRAN CAPACIDAD PICNÓMETRO H1850

ESTÁNDAR: AASHTO T209, AASHTO T283

Este instrumento es adecuado para determinar la densidad relativa máxima teórica de asfalto compactado o no compactado. Mezclas de pavimentación nous por método de vacío. Se utiliza para el diseño de proporciones de mezcla asfáltica, investigación de carreteras o construcción de carreteras. Gestión de calidad para calcular los huecos de aire y el grado de compactación. No apto para mezclas asfálticas con áridos porosos. con absorción de agua superior a 3%.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Materiales	Base y marco unibody de aluminio
Fuente de alimentación	220v±10% 50Hz
Potencia de entrada del motor de vibración	50W
Rango de presión negativa del manómetro digital de mano	0-100kPa
Requisito de prueba	3.7 Kpa(±0.3)
bomba de vacío	Tasa de bombeo: 1L/S; Vacío máximo: 10Pa; Fuente de alimentación: 220V/50Hz; Volumen de reabastecimiento de combustible: 250 ml; Potencia del motor: 120W
Volumen del contenedor	Contenedor de presión negativa Clase A de 18L Dimensiones interiores: diámetro 280 mm, altura 200 mm
Modo de vibración	Vibración continua
Dimensiones	440×440×520mm
Peso	Alrededor de 30 kg

SINCE 2006

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel: +86-312-3852880