

СТАНДАРТ: EN 12390-4, ASTM C39

Оборудование предназначено для определения прочности при сжатии кирпича, камня, бетона и других строительных материалов.

Гидравлический привод, электрогидравлическое сервоуправление, компьютерный сбор и обработка данных обеспечивают расчёт прочности при сжатии и формирование отчёта. Комплекс включает испытательную машину, маслостанцию, систему измерения и управления и испытательную оснастку. Нагрузка, время и график испытания отображаются динамически; предусмотрены оперативное управление и удержание максимальной силы. Оборудование предназначено для строительных организаций, предприятий стройматериалов, дорожных и мостовых служб.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальная испытательная сила	2000 кН	3000 кН
Класс точности	0,5	0,5
Диаметр/ход поршня	Ø290 мм×150 мм	Ø250 мм×100 мм
Рабочий просвет	320 мм	340 мм
Размер верхней и нижней плит	Ø300 мм	Ø300 мм
Расстояние между колоннами	420 мм	420 мм
Питание	АС 380 В±10 В/50 Гц	АС 380 В±10 В/50 Гц
Мощность двигателя	2,2 кВт	2,3 кВт
Габариты шкафа управления	1100×630×970 мм	1100×630×970 мм
Масса шкафа управления	200 кг	200 кг
Габариты машины	560×450×1450 мм	650×470×1420 мм
Масса машины	1300 кг	1750 кг

