



КОНУСНЫЙ ПЕНЕТРОМЕТР СТ-М

СТАНДАРТ: BS 1337/2, NF P94-052,1

Метод испытания конусным пенетрометром для определения предела текучести основан на связи между влажностью и глубиной погружения конуса в образец грунта.

Состав комплекта:

- литая алюминиевая станина
- циферблат Ø150 мм с ценой деления 0,1 мм
- калиброванный ползун
- устройство автоматической установки нуля
- кнопка сброса
- микрометрическое устройство перемещения
- конус для испытаний и две латунные чашечки

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ 33-T0063

Данный метод по стандарту EN определяет максимальную сухую плотность и влажность несвязных материалов, уплотняемых на вибростоле. Метод применим к материалам с содержанием мелких фракций (<0,063 мм) до 12% по массе. Максимальный размер зерен испытываемых материалов — 80 мм. Метод распространяется на смеси для дорожного строительства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон амплитуд	0–2 мм (регулируется)
Тип вибратора	Электромагнитный
Размер стола	600×800 мм
Диапазон времени вибрации	0–99 ч
Мощность	220 В, 1,5 кВт
Масса нетто	350 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ

EN 13286-5	
33-T0063/3	Цилиндрическая форма: Ø280±1 мм
33-T0063/4	Направляющая гильза: Ø280±1 мм
33-T0063/6E	Штамп пригрузки: Ø277 мм
33-T0063/8E	Груз пригрузки: для формы Ø280±1 мм
ASTM D4253,4254	
33-T0063/3	Цилиндрическая форма: Ø279,4±13 мм
33-T0063/4	Направляющая гильза: Ø279,4±13 мм
33-T0063/2	Цилиндрическая форма: Ø152,4±13 мм
33-T0063/5	Направляющая гильза: Ø152,4±13 мм
33-T0063/6	Штамп пригрузки: Ø276 мм
33-T0063/7	Штамп пригрузки: Ø151 мм
33-T0063/8	Груз пригрузки: для формы Ø279,4±13 мм
33-T0063/9	Груз пригрузки: для формы Ø152,4±13 мм

