

ПЕЧЬ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БИТУМА HYRS-6E

СТАНДАРТ: ASTM D 6307-98, AASHTO T308-99

Печь выжигания HYRS-6E позволяет быстро, точно, безопасно и надёжно определять содержание битума. Она подходит не только для определения содержания битума в асфальтобетонных смесях, но и для просеивания и анализа выжженных смесей. Это идеальный прибор для производстве, исследовании и

определения содержания битума при применении асфальтобетонных смесей.



ОСОБЕННОСТИ

- ⊙ Автоматическое формирование и сохранение результатов испытаний. Пользователь может просматривать историю и печатать протоколы.
- ⊙ Высокая точность и стабильность регулирования температуры. Для управления температурой используется метод ШИМ-модуляции с функцией ПИД.
- ⊙ Высокая электромагнитная совместимость. Канал нагрева имеет функцию плавного пуска, а электронная система управления — экран электромагнитной защиты.
- ⊙ Экономия электроэнергии. Корпус печи из утолщённого высокоэффективного теплоизоляционного материала значительно снижает потери тепла.
- ⊙ Автоматическая регулировка температуры печи обеспечивает равномерность температуры и высокую точность.
- ⊙ После испытания оборудование автоматически останавливается и печатает результаты.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вместимость пробы	4,5 кг
Точность измерения массы	±0,1 г
Диапазон задания температуры	100~800 °C
Разрешение по температуре	1,0 °C
Точность терморегулирования	±5 °C
Масса	260 кг
Стандартная комплектация	Сбор температуры: 2 канала Регулирование температуры: 2 канала Измерение массы: 1 канал Стандартная корзина, поддон: 1 компл. Контроллер: 1
Электропитание	AC 220 В, 8,0 кВт; AC 220 В, 300 Вт
Габариты основного блока	850*650*1250 мм (Д*Ш*В)
Размеры камеры	300*250*450 мм (Ш*В*Г)