TINPENG

КАМЕНЬ И ЗАПОЛНИТЕЛИ

ШКАФ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ ЩЁЛОЧНОЙ РЕАКТИВНОСТИ ЗАПОЛНИТЕЛЕЙ JHX-1

Шкаф предназначен для контроля температуры и времени при определении расширения песка и заполнителей.

Напряжение	220 В
Мощность нагрева	4000 Вт
Температура	80 °C ± 0,5 °C
Требуемая температура окружающей среды	−10...+45 °C
Влажность окружающей среды	Менее 85 %
Размер рабочей камеры	600 × 400 × 450 мм

ПРИБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПУСТОТНОСТИ КРУПНОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ H-1686

СТАНДАРТ: AASHTO T326

Для определения пустотности неуплотнённой пробы крупного заполнителя. Проба из бункера свободно поступает в цилиндрическую меру. Излишек заполнителя срезают прилагаемой планкой, определяют массу и рассчитывают пустотность. Комплект включает воронку, стойку, меру, срезную планку и квадратную стеклянную пластину 170 мм для калибровки меры.

ПРИБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПУСТОТНОСТИ МЕЛКОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ H-1680A

СТАНДАРТЫ: ASTM C1252, AASHTO T304

Определяет пустотность неуплотнённой пробы мелкого заполнителя, характеризуя угловатость, сферичность и удобоукладываемость смеси.
В комплекте латунная мера 100 мл, воронка, стойка и стеклянная пластина для калибровки.

SINCE 2006

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel:+86-312-3852880