TINPENG

جهاز فحص نفاذية الماء للخرسانة الأوتوماتيكي

المعيار: EN 12390-8

مناسب لتحديد مستوى عدم نفاذية الخرسانة وعمق النفاذ والمعامل النسبي للنفاذية. لا يتطلب الجهاز أي مواد إحكام أثناء الاختبار، إذ يقوم تلقائيا بالإحكام والضغط والحفاظ على الضغط الثابت والتوقيت وتحديد التسرب وحفظ البيانات وفك القوالب والمراقبة في الوقت الفعلي. يتوفر موديلان.

الميزات

- تشغيل بسيط وأداء مستقر ونتائج موثوقة.
- لا حاجة إلى مواد إحكام أخرى، إذ يقوم الجهاز بالإحكام تلقائيا.
- شاشة لمس مقاس 15 بوصة للتشغيل.
- إنشاء تقارير الاختبار تلقائيا. يدعم تصدير السجلات الأصلية (سعة تخزين البيانات ≥ 5 سنوات). يمكن رفع البيانات إلى منصة فحص المستخدم، ويمكن تخصيص قوالب التقارير.



SINCE 2006

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel:+86-312-3852880

TINPENG

جهاز فحص نفاذية الماء للخرسانة الأوتوماتيكي







المواصفات الفنية

الموديل	TPWP-30	TPWP-36
طريقة الضغط	من الأسفل إلى الأعلى	
الخطأ النسبي	≤0.005MPa	
دقة الضغط	0.001MPa	
أقصى ضغط	1.2MPa	
خطأ الضغط الثابت	طريقة الضغط التدريجي: ±0.005MPa / طريقة عمق النفاذ: ±0.005MPa	
طريقة إحكام العينة	إحكام هوائي محسن، يمكن إحكام جميع العينات في الوقت نفسه، وزمن الإحكام الكلي ≥5min	
مواد إحكام العينة	مواد خاصة مقاومة للضغط العالي ومقاومة للتآكل، يصعب تلفها	
أقصى ضغط إحكام	2.0MPa	
دقة ضغط الإحكام	0.001MPa	
العرض	شاشة لمس مقاس 15 بوصة للتشغيل وعرض الحالة	
أبعاد العينة	φ175×φ185×150mm±2mm	
سعة العينات	30 عينة	36 عينة
وضع تشغيل الرفع	تشغيل بمحرك مؤازر	
إمداد الطاقة	220V 50Hz	
الأبعاد	2450×920×1950 (5 طبقات)	2450×920×2200mm (6 طبقات)

SINCE 2006

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel:+86-312-3852880