الخرسانة

زمن التصلد

جهاز الاختراق الرقمي للخرسانة ZC-1A

يستخدم هذا الجهاز لتحديد زمن تصلد الخرسانة عن طريق قياس مقاومة الاختراق على المونة.

المواصفات الفنية

إبرة الاختراق	100mm², 50 mm², 20 mm²
أقصى قوة اختراق	1000N، الدقة: 1N
الجهد	AC220V







اختبار النزوف

جهاز اختبار نزوف خليط الخرسانة بالضغط MPWT-01

يستخدم لإجراء اختبار النزوف بالضغط لخليط الخرسانة. يجب ألا يزيد الجانب الحبيبي للخرسانة عن 40mm.

المواصفات الفنية

مدى مقياس الضغط	6 MPa
قيمة التقسيم	لا يزيد عن 0.1 MPa
القطر الداخلي للأسطوانة	125±0.2 mm
ارتفاع الأسطوانة	200±0.2 mm
ضغط المكبس العامل	3.2 MPa
قطر المكبس	125 mm
مقاس فتحات الغربال	0.315 mm
الوزن الصافي	20 kg