TINPENG

جهاز دمك مارشال EDC-3A

يُستخدم جهاز دمك مارشال EDC-3A لإعداد عينات الخلطات الأسفلتية بطريقة الدمك القياسية لاختبار خواصها الفيزيائية والميكانيكية في المختبر. وهو مناسب لتشكيل عينات أسطوانية بقطر 152.4 مم (±0.2 مم) وارتفاع 115 مم، أو بقطر 101.6 مم (±0.2 مم) وارتفاع 63.5 مم، لاختبار مارشال واختبار الشد غير المباشر. ويحتوي على آلية لرفع المطرقة بذراع يدوي، وكتلتين مختلفتين للمطرقة. وتجمع وحدة التحكم بين شاشة لمس وأزرار فعلية لتوفير عرض أوضح وتشغيل أسهل.









المواصفات الفنية

مصدر التغذية	220 فولت، 0.3 كيلوواط
ارتفاع السقوط	457±1.5 مم
كتلة المطرقة	10210±10 غ / 4536±9 غ
سرعة الدمك	55±5 ضربة/دقيقة
عدد ضربات الدمك المضبوط	9999 ضربة كحد أقصى
نوع وحدة التحكم	شاشة رقمية الحماية من تعاقب الأطوار: غير متاحة آلية رفع المطرقة: ذراع يدوي مريح لرفع المطرقة، وآلية رفع كهربائية للمطرقة، وجهاز ضغط تلقائي لحلقة القالب
أبعاد العينة	قطر 152.4±0.2 مم × ارتفاع 115 مم / قطر 101.6±0.2 مم × ارتفاع 63.5 مم

SINCE 2006
ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel:+86-312-3852880