TINPENG

اختبارات الانضغاط

جهاز انضغاط ثلاثي

يُستخدم جهاز الانضغاط الثلاثي لاختبار انضغاط التربة وتحديد العلاقة بين تشوهها والضغط المطبق، وحساب مؤشر الانضغاط ومؤشر إعادة الانتفاخ ومعامل التصلد وغيرها من خصائص التربة. تُطلب مؤشرات القياس ذات القرص بشكل منفصل.

WG-1C ▶

الإطار	هيكل فولاذي
مساحة العينة	30 سم² أو 50 سم²
عدد العينات	ثلاث عينات
نسبة ذراع الرافعة	12:1;10:1
وعاء الانضغاط	عارضة واحدة أو عارضتان أو ثلاث عوارض
نطاق الضغط	من 12.5 إلى 800 كيلوباسكال لعينة 30 سم²، من 12.5 إلى 400 كيلوباسكال لعينة 50 سم²
عدد المراحل	7 ,8 مراحل



WG-1B ▼

مساحة العينة	30 سم² أو 50 سم²
نسبة ذراع الرافعة	12:1;10:1
عدد العينات	ثلاث عينات
نطاق الضغط	12.5~1600 كيلوباسكال, 12.5~800 كيلوباسكال
عدد المراحل	8 ,9 مراحل





GDG-4S ▶

مساحة العينة	30 سم² أو 50 سم²
نسبة ذراع الرافعة	24:1;20:1
عدد العينات	ثلاث عينات
نطاق الضغط	12.5~4000 كيلوباسكال, 12.5~2000 كيلوباسكال
عدد المراحل	9 ,10 مراحل

ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website:www.testmould.com Tel:+86-312-3852880

TINPENG

اختبارات الانضغاط



جهاز انضغاط أحادي WG-4 ◄

صغير الحجم وخفيف الوزن، مناسب للاستخدام في الموقع.
يُطلب مؤشر القياس ذو القرص بشكل منفصل.

نطاق الضغط	12.5, 25, 50,100,200,300,400 كيلوباسكال
نسبة ذراع الرافعة	1:12,1:10
عينة التربة	30 سم² × ارتفاع 2 سم، أو 50 سم² × ارتفاع 2 سم
الأبعاد الكلية	370×220×550 مم
الوزن الصافي	20 كغ (دون الأثقال)

جهاز انضغاط K0 (يشمل قضيب السحب) ►



يُطلب مؤشر القياس ذو القرص بشكل منفصل.

أبعاد العينة	Φ61.8×40 مم
الحمل المحوري	6 كيلو نيوتن
ذراع التحميل	0 كيلوباسكال-1000 كيلوباسكال
الإزاحة المحورية	0-10 مم
درجة حرارة التشغيل	20°C±5°C
الرطوبة النسبية	<85%
الخطأ النسبي لحلقة قياس القوة	±2%

أثقال لاختبار الانضغاط أو اختبار القص المباشر ▼

الوزن (كغ)	الطراز
5.1	NS-15-5.1
2.55	NS-15-2.55
1.275	NS-15-1.275
0.637	NS-15-0.637
0.319	NS-15-0.319

