TINENG

جهاز انضغاط آلي بالكامل
GZQ-1

يجمع جهاز الانضغاط الآلي بالكامل GZQ-1 بين التقنيات الميكانيكية والإلكترونية والتحكم الآلي والكشف الآلي بالمستشعرات والتقنيات الحاسوبية. يُجري اختبارات انضغاط متنوعة، وينفذ التحميل والتفريغ وجمع البيانات آلياً، ويمكنه أن يحل تماماً محل جهاز الانضغاط التقليدي ذي الرافعة.



المواصفات الفنية

ضغط الاختبار (مساحة العينة 30 سم² أو 50 سم²)	1 كيلوباسكال	يمكن ضبط أدنى ضغط للاختبار
	1–800 كيلوباسكال يمكن إضافة وحدة ضغط لزيادة النطاق إلى 1600 كيلوباسكال أثناء الاستخدام	جهاز انضغاط منخفض الضغط
	1–1600 كيلوباسكال يمكن إضافة وحدة ضغط لزيادة النطاق إلى 3200 كيلوباسكال أثناء الاستخدام	جهاز انضغاط متوسط الضغط
	5–3200 كيلوباسكال	جهاز انضغاط عالي الضغط
	0 كيلوباسكال	أدنى ضغط لاختبار إعادة الانتفاخ
دقة الخرج	0–300 نيوتن (100 كيلوباسكال)، الدقة ≥3 نيوتن	
	2400 نيوتن، الدقة ≥1% من المدى الكامل	جهاز انضغاط منخفض الضغط
	4800 نيوتن، الدقة ≥1% من المدى الكامل	جهاز انضغاط متوسط الضغط
	9600 نيوتن، الدقة ≥1% من المدى الكامل	جهاز انضغاط عالي الضغط
مستشعر القوة	النطاق: 0–5000 نيوتن؛ الدقة: 1% من المدى الكامل	جهاز انضغاط منخفض ومتوسط الضغط
	النطاق: 0–10000 نيوتن؛ الدقة: 1% من المدى الكامل	جهاز انضغاط عالي الضغط
مستشعر الإزاحة	0–10.000 مم	النطاق
	0.2% من المدى الكامل	الدقة

SINCE 2006
ZHUOZHOUTIANPENGINSTRUMENTMANUFACTURINGCO.,LTD.
Website:www.testmould.com Tel:+86-312-3852880