TINPENG

ثبات الأسمنت

قالب لوشاتليه EL38–3005

متوافق تماما مع المعيار .EN تم فحص كل وحدة على حدة، ويورد كاملا مع شهادة المطابقة.

الوزن تقريبا: 30 غ





طقم اختبار ثبات لوشاتليه LD–50

لفحص حالة الأسطوانة المنقسمة لقالب لوشاتليه وكذلك لقياس حالة الأسطوانة المنقسمة لقالب لوشاتليه وكذلك لقياس المسافة بين مؤشري القالب قبل المعالجة وبعدها لتحديد ثبات عينة الأسمنت.

الوزن الموازن: 300 غ
تدريج المقياس: 1 مم
الوزن الصافي: تقريبا 1.65 كغ

حمام مائي لوشاتليه LC–31A

للاستخدام مع قوالب لوشاتليه لتحديد ثبات عجينة الأسمنت. حجرة داخلية من الفولاذ المقاوم للصدأ ضمن غلاف خارجي عازل من الفولاذ المقاوم للصدأ. قدرة 3000 وات تصل إلى درجة الغليان في 30 دقيقة.

أقصى درجة حرارة	100℃
السعة	31L
زمن التسخين (20°C إلى 100°C)	30±5min
زمن الغليان	3h±5min
عناصر التسخين	4 كيلوواط (مجموعتان: 1 و 3)
مصدر الطاقة	AC220V, 50Hz
الأبعاد	460×400×300mm
الوزن	22kg

