TINENG

جهاز اختبار ثلاثي المحاور
بالتحكم في الانفعال

المعايير: ASTM D2850, ASTM D4767, ASTM D7181

مناسب لقياس مقاومة التربة وتشوهها وضغط ماء المسام. ووفق ظروف الصرف، يُستخدم للاختبار غير المتصلد غير المبزول (U-U)، والمتصلد غير المبزول (C-U)، والمتصلد المبزول (C-D).

الخصائص

- يلبي متطلبات الاختبارات ثلاثية المحاور للسدود العالية والمشروعات المائية الكبرى.
- مناسب لاختبارات التربة ناعمة الحبيبات وخشنة الحبيبات.
- لا يتطلب ضاغط هواء أو مصدر ضغط آخر.
- سهل التشغيل وعالي الدقة.
- خالٍ من التلوث بالزئبق، آمن وموثوق.
- حجرة الضغط تتحمل الضغوط العالية وتتميز باحتكاك منخفض.



المواصفات الفنية

الطراز	TSZ-1	TSZ-3	TSZ-6
أبعاد العينة	Φ61.8×125 ,(مم)Φ39.1×80(مم)		Φ101×200 ,(مم)Φ61.8×125(مم), Φ39.1×80(مم)
الحمل المحوري	0-10 كيلو نيوتن	0-30 كيلو نيوتن	0-60 كيلو نيوتن
الخطأ النسبي	±1%		
معدل الانفعال	0.0024-4.5 مم/دقيقة، ضبط مستمر للسرعة		
شوط المنضدة	0-90 مم		
ضغط الحصر	0-2 ميغاباسكال، تحكم رقمي، خطأ نسبي ±1% من المجال الكامل		
الضغط الخلفي	0-2 ميغاباسكال، تحكم رقمي، خطأ نسبي ±1% من المجال الكامل		
ضغط ماء المسام	0-2 ميغاباسكال، تحكم رقمي، خطأ نسبي ±1% من المجال الكامل		
تغير الحجم	0-50 مل، تدريج 0.1 مل		
القدرة	أقل من 300 واط		
مصدر الطاقة	220±22 فولت، 50 هرتز		
الأبعاد	إطار التحميل: 370×640×1000 مم؛ خزانة التحكم: 850×350×310 مم		
الوزن	إطار التحميل: 60 كغ؛ خزانة التحكم: 54 كغ		

SINCE 2006
ZHUOZHOUTIANPENGINSTRUMENTMANUFACTURINGCO.,LTD.
Website:www.testmould.com Tel:+86-312-3852880