TINENG

جهاز الاختراق الأوتوماتيكي CT-A1000

شاشة اللمس





عرض بديهي



محتوى غني



سهل التشغيل

تعديل سريع للإبرة



مفتاح المشفر الدوار + مفتاح الرفع

يحرك المحرك الخطوي منزلق البرغي اللولبي لتحقيق ضبط دقيق جدا لحركة الرفع السريع.



نظام مدمج لثبات درجة الحرارة

تقنية تبريد أشباه الموصلات + خوارزمية التحكم PID

يدمج صفيحة تبريد بأشباه الموصلات ووحدة تبريد وصفيحة تسخين ونظام دوران للمياه لتحقيق بيئة حمام ماء عالية الدقة بدرجة حرارة ثابتة ±0.1°C.

مجموعة قضيب الإبرة

إبر قياسية احترافية

توفر الإبر القياسية من مصنعي إبر متخصصين معتمدين، وترسل بانتظام إلى طرف ثالث للمعايرة، وتلتزم جودة الإبر بدقة بمتطلبات المواصفات البالغة 2.5±0.05g.



قدرة قوية على معالجة البيانات

حساب مؤشر الاختراق PI ونقطة التليين المكافئة T800 ونقطة التقصف المكافئة T1.2 وفقا لنتائج الاختبار، مع تحليل النتائج بذكاء وتنبيه المستخدم. رفع البيانات عبر الشبكة؛ يأتي الجهاز بواجهة 485 (بروتوكول ModBus) لتحقيق اتصال شبكي فوري بالبيانات.

المواصفات الفنية

نطاق القياس	0~450 اختراق
حمام ماء بدرجة حرارة ثابتة	نطاق قياس درجة الحرارة: 0.00~50.00°C نطاق التحكم في درجة الحرارة: الدنيا: أقل من الحرارة المحيطة بـ15°C؛ العليا: 50.00°C الدقة: 0.01°C دقة التحكم في درجة الحرارة: ≤±0.1°C
التحكم في الوقت	0-60 ثانية (حسب الإعداد المطلوب)
التحكم في الإزاحة	يستخدم مستشعر إزاحة LVDT عالي الدقة ببنية مفصولة، دون احتكاك عند هبوط قضيب الإبرة. نطاق القياس: 0-50mm الدقة: 0.01mm (0.1 اختراق) دقة الإزاحة النسبية: ≤±0.1mm
تخزين البيانات	200 مجموعة
الأبعاد	(الطول×العرض×الارتفاع) 390mm×310mm×575mm



SINCE 2006
ZHUOZHOU TIANPENG INSTRUMENT MANUFACTURING CO., LTD.
Website: www.testmould.com Tel:+86-312-3852880